

國立臺東大學生物安全第二等級(BSL-2)實驗室檢查表

一、基本資料

單位：	實驗室空間編號：	檢查日期：年 月 日
實驗類別： <input type="checkbox"/> recombinant DNA； <input type="checkbox"/> microbe； <input type="checkbox"/> cell culture； <input type="checkbox"/> infectious agents； <input type="checkbox"/> animals； <input type="checkbox"/> plant		
實驗室負責人：	分機：	E-mail：
實驗室自行檢查人姓名：	分機：	E-mail：
實驗室為： <input type="checkbox"/> 個人實驗室 <input type="checkbox"/> 公用實驗室		

實驗場所生物材料運作狀況：請上疾病管制署「[實驗室生物安全管理資訊系統](#)」登載後列印，作為本查核表附件。

生物材料名稱	RG 等級 註1	存量(ex. 3 管 x 1mL)	備註 註2

註 1：生物材料危險等級，請參考「[感染性生物材料管理作業要點](#)」。

<http://www.cdc.gov.tw/downloadfile.aspx?fid=902DDC63E7CECB99>

註 2：說明特殊情況，如：生物材料為其他教師或實驗場所所有。

參與實驗之人員姓名、職稱及相關教育訓練：實驗室人員共人，請填入已參加之相關教育訓練。

姓名	職稱	已參加實驗室新進人員教育訓練至少 3 小時	已參加實驗室新進人員生物安全教育訓練至少 8 小時	已完成每年生物安全後續教育訓練 4 小時
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用

若表格不足，請自行增列

二、BSL-2 實驗室物理性防護、操作安全檢查表

(一)、BSL-2 實驗室適用範圍：

適用於可能對人員及環境造成中度危害的病原相關工作。

(二)、實驗室設施規範：

類別	內容	實驗室	生物安全會
一、 環境	1. 實驗室之位置與公共區域明確分開及識別；含有可能生物危害風險之實驗區域內無設置一般行政人員辦公區域。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	2. 實驗室設有大門，門可自行關閉且具備上鎖功能。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	3. 實驗室裝設之對外窗已加裝紗窗。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
二、 生物安全櫃	1. 已裝設經檢測合格且正常運作之 <u>第一級</u> 或 <u>第二級</u> 生物安全櫃，或其他同等級物理防護設備，涉及感染性生物材料之操作程序，均於前開式防護設備中進行。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	2. 裝設之生物安全櫃或其他同等級物理防護設備，其裝設位置適當。應避免受到運轉時之實驗室進氣與排氣氣流的波動影響；且遠離門、實驗室人員往來頻繁區域以及其他可能會產生氣流干擾的區域。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	3. 生物安全櫃內整潔，無過量堆積實驗儀器及醫材；無放置易傾倒容器；無阻擋氣柵出口；無使用明火。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	4. 生物安全櫃每年執行至少 1 次檢測作業，並依檢測結果進行相關維護。前開檢測報告內容完整，且經實驗室主管驗收。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	5. 受查核實驗室裝設之生物安全櫃於實施檢測作業前，已先執行燻蒸消毒作業。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
三、 安全設備	1. 實驗室利用一定方式（例如觀景窗或相關安全監控設備等），可自外界觀察實驗室內部活動情形。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	2. 實驗室已設置以下設備（施）： (1) 洗手水槽(需採免手動給水設計，且具備防逆流裝置；水槽周邊應保持整潔，無積水情形。) (2) 消防安全系統，包括警報裝置及滅火器具（未過期）。 (3) 充足的電力供應及照明系統。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	3. 受查核實驗室工作檯表面可防滲並能抵抗熱、有機溶劑、酸、鹼及其他化學品。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	4. 受查核實驗室工作區使用之座椅為不附輪型式，表層已包覆無孔材質之材料。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	5. 受查核實驗室或鄰近處已設置緊急洗眼沖淋設備且隨時可用。緊急沖淋設備或沖眼設備應定期查檢且合格，水流力道並已調整適當。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	6. 受查核實驗室內無放置過多數量之壓縮氣體鋼瓶，且鋼瓶已固定妥當；備用鋼瓶上套有鋼瓶帽，鋼瓶無過期。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	7. 受查核實驗室之天花板、牆面與地面完整，無破損情形；地面無凸起物妨礙人員行進。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用

四、消毒、滅菌與廢棄物處理	1. 受查核實驗室已就實驗室內各項物品及設備等，訂定消毒作業程序，並定期檢討改善。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	2. 受查核實驗室針對無法以滅菌器除污之物品、儀器或設備等，提供合適的除污方法。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	3. 受查核實驗室於使用期間，每日執行至少 1 次工作檯面之除污。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	4. 受查核實驗室遇到下述情形時，執行清潔除污程序：(1) 設備移出實驗室前(2) 實驗室發生感染性材料洩漏、噴濺或其他污染。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	5. 可重複使用之實驗室器材、衣物、實驗室文件或其他物品等，均先經適當清潔除污後方重複使用、清洗或移出實驗室。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	6. 實驗室內無設置或使用不易消毒滅菌之物品(例如窗簾、布質家具、盆栽、魚缸等)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	7. 實驗室或其鄰近處設有感染性廢棄物滅菌使用之滅菌器，且實驗室產出之感染性廢棄物於機構內先完成滅菌作業。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	8. 實驗室高溫爐與易燃物妥善隔離。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	9. 機構內運送、處理感染性廢棄物之人員已接受相關安全性防護訓練。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	10. 生物安全櫃內使用不易傾倒之容器(內盛適量消毒液)盛裝實驗過程中產生之廢棄物品，並於密封後，方移出生物安全櫃。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	11. 感染性廢棄物於單位內之運送路徑避開公眾區域。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	12. 使用有蓋容器盛裝感染性廢棄物(上蓋需無孔洞及破損)，且闔蓋時能確實關上；該容器並具有堅固及防漏等特性。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	13. 依廢棄物種類，分類放置及標示：(1)一般實驗廢棄物(不需滅菌)、(2)感染性廢棄物(需滅菌)、(3)廢尖銳器具之鐵桶(例如：針頭及針筒、解剖刀等)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	14. 上開容器內襯有專用塑膠袋，且無破損或重複使用之情形，廢棄物無過量盛裝。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	15. 受查核實驗室之廢水經過適當除污程序後，方排放至生活污水管道。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	16. 實驗室感染性廢棄物之處理遵循本校廢棄物處理清運流程辦理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
五、感染性生物材料之	1. 專人管理感染性生物材料，追蹤及記錄感染性生物材料之使用、保存、異動及運輸，並備有保存清單及存取紀錄。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	2. 定期盤點其持有、保存之感染性生物材料品項及數量，並將盤點結果回報生安會組織，並於例行性生安會議上報告盤點結果及近期異動情形。此外，定期(每季)於疾管署「實驗室生物安全管理資訊系統」更新資料。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	3. 持有、保存或處分感染性生物材料前，業已獲得生物安全會之同意；屬 RG3 微生物或管制性毒素者，受查核單位並先報疾管署核准。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	4. 感染性生物材料異動至外部機關(構)前，已先取得生物安全	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用

管理與運送	會同意，並有紀錄可查。		
	5. 操作之感染性生物材料，其危險群等級符合法令規範該實驗室可操作之範疇。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	6. 感染性生物材料於內部傳送時，使用密封、不易破裂及滲漏、且可清潔、消毒之容器盛裝。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	7. 實驗室應備妥物質安全資料表(SDS)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	8. 實驗室應備妥病原體安全資料表(PSDS)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
六、教育訓練	1. 依學校置定之教育訓練規範進行相關人員的教育訓練。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	2. 實驗室新進人員到任 3 個月內完成至少 8 小時生物安全教育訓練。一年以上實驗室人員已完成每年至少 4 小時生物安全教育訓練。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	3. 已建檔管理實驗室人員之訓練紀錄	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
七、個人防護裝備	1. 已訂定實驗室人員之個人防護裝備(PPE)著(卸)裝程序，以圖文方式呈現，並張貼於人員著(卸)裝處。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	2. 實驗室人員進入實驗室均已穿著 PPE，包括實驗衣、手套及口罩等；無穿著露趾鞋，且長髮者需將頭髮盤(束)起或戴隔離帽。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	3. 提供眼部防護具(例如護目鏡，拋棄式防護面罩)，並規範應使用之時機。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	4. 實驗室人員離開實驗室前洗手。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	5. 受查核實驗室人員無穿著實驗室衣物離開實驗室，或進入非實驗區。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	6. 使用過之防護衣物與乾淨衣物分开放置。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	7. 實驗室人員無將實驗衣物攜回家中。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
八、操作規範、門禁管制與安全標	1. 已針對出入受查核實驗室之非常規工作人員(或訪客)，登錄其姓名、進出日期、時間及事由等資訊。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	2. 入口明顯處張貼該實驗室平面圖及逃生指示。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	3. 受查核實驗室已訂定溢出物處理程序，並張貼於實驗室內操作場所。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	4. 門保持關閉，實施24小時門禁管制，獲得授權人員方允許進入實驗室。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	5. 已於受查核實驗室入口明顯處張貼生物危害標識(例如：「BSL-2」)及以下資訊，且內容正確、標誌清晰無破損。 (1) 受查核實驗室之生物安全等級。 (2) 實驗室主管與實驗室管理人之姓名及聯絡資訊。 (3) 進入/離開實驗室所需之程序 (4) 緊急處理措施。 (5) 感染性生物材料資訊。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	6. 冰箱及冷凍庫確實張貼生物性危害標示(例如：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用

示	「BSL2」)，冰箱及冰櫃外須加註使用之病原清單。		
	7. 使用注射針具抽取感染性液體後，如需排除氣泡部分，針頭必須朝上，並插入塞有棉花之乾淨試管，以避免產生氣膠。可能產生具感染性氣膠或噴濺物之操作程序，皆於生物安全櫃或其他物理防護設備進行。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	8. 有病原培養瓶整瓶凍結時，解凍前應先套上塑膠袋密封後才可放進 37°C 恆溫水槽解凍，以防培養瓶龜裂造成瓶內病原四處流散。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	9. 已訂定相關實驗室生物安全管理守則或相關規範，實驗室人員均已簽名確認知悉，並落實執行。實驗室生物安全手則已放置於實驗室人員易取得之處。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	10. 實驗室內無存放食物；無留置與實驗無關之動物或植物；實驗室人員無從事飲食、吸菸等行為。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
九、 健康 管理 與 監 測	1. 針對 BSL-2 實驗室人員，於相關文件訂定健康管理措施與健康狀況異常監控機制。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	2. 使用 RG2 以上微生物及(或)生物毒素之實驗室人員，每年辦理健康檢查。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	3. 操作感染性材料之新進實驗室人員採集血清檢體，並儲存於實驗室內妥善保存至員工離職後十年。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
十、 緊 急 應 變 與 意 外 處 理	1. 實驗室應針對火災、地震等災害及實驗室生物安全意外事件擬訂實驗室緊急應變計畫，並經生物安全組織審議通過。且實驗室人員均已簽名確認知悉。。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	2. 受查核單位已訂有實驗室意外事件之處理與通報程序，並經生物安全組織審議通過。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	3. 實驗室人員知悉各項緊急設施(備)之放置場所及操作方式。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用
	4. 受查核單位已將緊急應變計畫、實驗室意外事件之處理與通報程序等相關文件內容，納入員工教育訓練課程	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用

實驗室檢查人員簽名： 日期：

實驗室負責人簽名： 日期：

附註：

1. 本表格請詳實填寫，每三個月請自行檢查乙次，以供生物安全會查核。
2. 申請『基因重組實驗申請同意書』時，須繳交最近三個月檢查表(1-3, 4-6, 7-9, 10-12 月)。

生物安全檢查缺失暨建議事項報告單

檢查意見	請即 改善	限期 改善	改善日期 (請加註日期或期間)
優先改善事項			
1.			
2.			
3.			
建議改善事項			
1.			
2.			
3.			
其他特殊事項			
1.			
2.			
3.			

初核結果： 通過； 應改善後複檢； 不通過

查核委員簽章：

完成查核日期：

生物安全會主任委員簽章：

日期：

生物安全檢查缺失暨建議事項改善報告單

單位：	位置及編號：	受檢日期： 年 月 日
實驗室負責人：	分機：	E-mail：
實驗室填表人：	分機：	E-mail：

項次	缺失事項	執行狀況	缺失事項目前執行情形(或尚未執行之理由)
		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 未執行	
		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 未執行	
		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 未執行	
		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 未執行	
		<input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 未執行	

生物安全會覆核人員簽名： 日期：